

浄化槽用水質検査器 MJ-JOU-01

浄化槽保守点検業器具一式 7項目測定可能なセット

定期検査が義務付けられている
浄化槽の保守点検・水質検査に



測定項目

- 水素イオン濃度指数 (pH)
- 塩化物イオン濃度
- 残留塩素濃度
- 透視度
- 汚泥沈殿率
- 温度
- 亜硝酸性窒素濃度



セット内容

セット内容	メーカー名
1: 水素イオン濃度指数測定器具	佐藤商事
温度つきpH計 PH-222 (水温測定が可能) ガラス電極法	
2: 塩素イオン濃度測定器具	SZK 社
塩素イオン濃度測定器具 モール法 ※	
3: 残留塩素測定器具	KRK 社
DPD 法残留塩素測定器アクアテスター DP-7Z 50 回分の試薬 (上水用)	
4: 透視度計	—
透視度計 30 型 (ガラス製) 30cm	
5: 汚泥沈殿率測定器具	KRK 社
汚泥沈殿試験器具メスシリンダー1000cc	
6: 温度計	—
(pH 計 PH-222 で温度の計測が可能なので不要)	
7: 亜硝酸性窒素測定器具	KRK 社
亜硝酸反応測定器具 GR 法 25g 試験管 / 比色カード	

※購入前に塩素イオンモール法に関しては、所轄の官公庁窓口の指導内容をご確認ください。

● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>

このカタログの記載内容は 2021 年 8 月現在のものです。